

附件 2-4

牧原实验室政府采购科研仪器设备技术性验收报告

验收日期: 2025年11月28日

采购单位	牧原实验室	使用部门	生物基材料中心张超群课题组
项目名称	牧原实验室色谱分析平台建设(一期)项目	合同编号	豫财磋商采购-2024-680-A
供应商	河南恒孚来商贸有限公司	中标(成交)通知书号	豫财磋商采购-2024-680
规格型号	1290 Infinity II	设备生产商	安捷伦科技有限公司
合同金额	640,000.00	设备数量	1台
存放地点	牧原实验室6层602室	运行使用时间	2025.3.14
设备清单	超高效液相色谱仪		
配件清单	<ol style="list-style-type: none"> 1. 四元梯度泵带内置真空脱气机 1套 2. 安装工具包 1套 3. 自动进样器 1套 4. 阵列二极管检测器 1套 5. 示差折光检测器 1套 6. 柱温箱 1个 7. C18 50mm 色谱柱 2根 8. 柱效评价测试标样 1盒 9. 密封垫 2个 10. 过滤白头 10个 11. PEEK 备用毛细管管线 1.5米 12. PEEK 备用接头 10个 		

	13. 管线切割器及可更换刀片 1套 14. 2ml 样品瓶带瓶盖机瓶垫 500 个 15. 中文工作站 1套 16. 1L 溶剂瓶 6个 17. 计算机 1台 (I7-12700 /16G /512GSSD+1TSATA 集成显卡/ WIN10 专业版系统/P24VG5 23.8 英寸显示器) 18. 激光打印机 1台	
项目负责人意见	上述所到仪器设备品牌型号、参数、性能指标符合合同要求，经使用或测试后，运行正常，无其他需要说明的问题。	张超
验收结论	设备已安装，调试完毕，品牌型号、参数、性能指标符合合同要求，经试用或测试后，运行正常，具备使用条件，随机资料完整，符合合同规定，验收通过。	
验收人签名	张超 刘富奇 刘子坤	
监督人签名	赵嘉谥	
公共技术平台负责人意见	运行正常，同意验收	程钢


20

附件 2-5

牧原实验室政府采购科研仪器设备符合性验收报告

2025 年 12 月 10 日

64w

项目申请单位:  使用单位: 生物基材料中心张超群课题组
 项目名称: 建设(一期)项目 合同编号: 豫财磋商采购-2024-680-A

一、实地实物验收符合情况		
1. 实地验收情况	是否与资产入库信息一致	一致
2. 实物验收情况	是否与采购文件、合同要求一致	一致
3. 验收结论	验收合格	
验收小组人员(签名)	于超 李博翰 杨苗	
监督人员(签名)	周磊明	
二、相关资料符合情况		
核查项目	要求	是否符合
1. 合同	原件	符合
2. 发票	原件(进口仪器设备为免税发票及免税证明、报关单等)	无
3. 资金支付申请	纸质版一份	符合
4. 中标通知书	原件	符合
5. 符合性验收报告	原件	符合
6. 资产出入库单	纸质版两份、电子版	符合
7. 资产影像资料	按照入库单所列顺序提供资产照片电子版(整体照及设备铭牌局部照等至少两张)	符合
8. 银行保函	原件	符合
9. 其他	根据项目情况提供相关资料	无
10. 技术性验收报告	原件	符合
核查人员(签名)	于超 李博翰 杨苗	

本报告是在技术性验收报告的基础上进行的实地、实物符合性验收。