

单一来源采购方式专业人员论证意见表

采购单位	新蔡县人民医院		
项目名称	新蔡县人民医院血管造影机球管采购项目		
专业人员信息	姓 名	袁进	手机号码 1358808696
	职 称	主任医师	
	工作单位	老干院	
专业人员 论证意见	GE Iq5530血管造影机. 原厂球管使用寿命短. 无法兼容其它品牌. 现要更换原厂全新球管. 目前球管无替代使用方案. 为达到灵敏. 准确. 病灶定位. 使设备. 配件. 升级及售后服务一致性. 建议采用单一来源采购方式.		
专业人员签字	袁进		日期 2025 年 7 月 9 日