

成交通知书

项目编号：新采询价-2025-22

郑州初春医疗器械有限公司：

我单位仁信工程咨询有限公司受新蔡县卫生健康体育委员会委托，在仁信工程咨询有限公司新蔡分公司开标的新蔡县卫健体委“中国黄金·中医服务能力提升建设项目”采购中医设备，按照评标要求，经评定，贵公司被确定为该项目的成交单位，成交价：【小写：284833 元（大写：贰拾捌万肆仟捌佰叁拾叁元）】，

特此通知！请贵单位在成交通知书发出之日起2个工作日内与采购单位办理签订合同事宜。

所签合同，请送一份至仁信工程咨询有限公司备案。



政府采购合同协议书

甲方（全称）：新蔡县卫生健康体育委员会（采购人）

乙方（全称）：郑州初春医疗器械有限公司（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

（1）采购项目名称：新蔡县卫健体委“中国黄金·中医服务能力提升建设项目”采购中医设备

采购项目编号：新采询价-2025-22

（2）项目内容：详见附件。

2. 合同金额

（1）合同金额小写：284833.00 元

大写：贰拾捌万肆仟捌佰叁拾叁元整

（2）付款方式（按项目实际勾选填写）：

☒全额付款：供货完成后一次性支付

（1）起始日期：2025 年 7 月 14 日，完成日期：2025 年 7 月 19 日。

（2）履约地点：按照甲方要求

3. 合同验收

（1）验收组织方式：☒自行组织 ☐委托第三方组织

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 日内组织验收）



- (3) 验收方式：☒一次性验收
- (4) 验收程序：乙方供应完成且自验合格后报甲方验收
- (5) 验收的内容：供应商品的内容、数量、参数、功能
- (6) 验收标准：合格

4. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- (1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议
- (2) 政府采购合同专用条款
- (3) 政府采购合同通用条款
- (4) 中标（成交）通知书
- (5) 投标（响应）文件
- (6) 采购文件
- (7) 有关技术文件，图纸
- (8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

5. 合同生效

本合同自2025 年 7 月 14 日生效。

6. 合同份数

本合同一式陆份，甲方执贰份，乙方执肆份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2025 年 7 月 14 日

合同订立地点：新蔡县卫生健康体育委员会

附件：产品清单

甲方（采购人）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）	新蔡县卫生健康体育委员会	单位名称（公章或合同章）	郑州初春医疗器械有限公司
法定代表人或其委托代理人（签章）	杨正平	法定代表人或其委托代理人（签章）	蔡光斌
联系电话	13513957209	联系电话	18638399317



附件：产品清单

序号	项目单位	设备名称	单位	数量	参数及要求	单价	总价
1	栎城卫生院	中频治疗仪(推车式)	台	2	1. 外形：立式推车。 2. 使用电压：AC220V 3. 屏幕指示：彩色 LCD 显示。 4. 安全类别：II 类 BF 型康复理疗设备。 5. 定时功能：30 分钟，20 分钟，10 分钟可选。 6. 部位选择：头部、四肢、体穴、颈椎、腰部、肠胃，任意可选 7. 处方选择：针灸、推拿、锤敲、按摩、揉搓、刮痧、综合治疗，任意可选 8. 治疗温度：低温档，中温档，高温档，任意可选 9. 4 组输出：3 组电疗（药疗）输出，1 组拔罐电疗复合输出。 10. 电疗药疗复合输出端口：可以电疗和药疗根据需要切换输出。 11. 拔罐电疗复合输出端口：可以在负压把关的同时进行治疗处方手法选择。 12. 治疗按键全称有语音播报，语音按键可进行关闭和开启语音	23750	47500
2	栎城卫生院	特定电磁波谱治疗器（双头）	台	4	1. 治疗板寿命 ≥ 1000 小时，加热器寿命 ≥ 2000 小时 2. 预热时间 ≤ 10 分钟 3. 电压：220v 50Hz 4. 输出功率：500 毫安	500	2000
3	栎城卫生院	智能科技灸	台	4	1. 电压：220v 2. 温度调节：70-200° C	2225	8900
4	栎城卫生院	中医定向透药治疗仪	台	1	1. 外形：立式推车 2. 使用电压：AC220V 3. 彩色 LCD 显示。 4. II 类 BF 型康复理疗设备。	25890	25890



					5. 定时功能: 30 分钟, 20 分钟, 10 分钟可选。 6. 部位选择: 头部、四肢、体穴、颈椎、腰部、肠胃, 任意可选 7. 处方选择: 针灸、推拿、锤敲、按摩、揉搓、刮痧、综合治疗, 任意可选 8. 治疗温度: 低温档~40 度, 中温档~50 度, 高温档~60 度, 任意可选 9. 4 组输出: 3 组电疗(药疗)输出, 1 组拔罐电疗复合输出。 10. 电疗药疗复合输出端口: 可以电疗和药疗根据需要切换输出。 11. 拔罐电疗复合输出端口: 可以在负压拔罐的同时进行治疗处方手法选择。 12. 语音导航: 治疗按键全程有语音播报, 语音按键可进行关闭和开启语音。		
5	栎城卫生院	深层肌肉按摩器	台	1	1. 按摩头: 多种治疗按摩头 2. 外观: 立式推车, 方便移动。 3. 电气安全: 电气安全按 GB 9706.1-2007 中的规定进行 4. 电磁兼容: 电磁兼容试验按 YY 0505-2012 的要求进行。	12000	12000
6	栎城卫生院	红外线理疗烤灯	个	8	电压: 220v 频率 50hz	262.5	2100
7	栎城卫生院	火罐(20 罐/套)	套	6	规格型号;1-5 号	40	240
8	栎城卫生院	葫芦灸	个	11	规格 18cm-20cm/9cm-13cm	195	2145
9	栎城卫生院	按摩床(带洞)	个	9	1. 按摩床腿: 不锈钢材质, 坚固耐用。 2. 床面皮革: 高档人造皮革。 3. 床面海绵: 不低于 5 公分环保高硬度海绵, 根据人体工程学设计, 宽度硬度厚度适宜。 4. 床体最大承重: 不低于 200 公斤。 5. 其他要求: 方便拆装	1000	9000



10	栎城卫生院	正骨凳和椅子	套	2	材质要求：医用皮革，高密度海绵、不易塌陷，加厚材质，喷塑工艺抗腐蚀和抗氧化性较好。	2800	5600
11	栎城卫生院	净烟督灸床	台	1	1. 产品尺寸：长度 $\geq 1850\text{mm}$ ，宽度 $\geq 750\text{mm}$ ，高度 $\geq 630\text{mm}$ 2. 材质：人造革，高密度阻燃海绵，耐高温树脂隔热板，方木等； 3. 温度控制：0-200℃ 4. 时间控制：0-99 分钟 5. 电压：220V 6. 功率：1900W-2.5W(恒温，风速最高，灯光最强时为 25W) 7：仰卧，从脖子到腰椎及大、小腿部位均可以灸到。 8：俯卧，从两肩到下腹位置任脉经及大小腿均可以灸到。	3500	3500
12	栎城卫生院	pt 床（含 pt 凳）	个	1	床面高度 $\geq 48\text{cm}$ 。最大承载能力不低于 135kg 说明：用于 PT 训练患者床上活动	2510	2510
13	栎城卫生院	辅助步行训练器	个	2	1. 台面垫高度调节距离：45cm $\pm$ 5cm 2. 手柄间距调节范围/cm：0~55 3. 台面垫额定承载：不低于 80kg 4. 特点和功能：增加上肢支撑的面积，提高辅助步行的效果。是神经、骨关节系统疾病功能损坏者室内外的辅助代步用具。 5. 材质要求：优质	1900	3800
14	栎城卫生院	训练用阶梯(双向)	个	1	1. 相邻台阶的距离大致为/cm：10、11、12 2. 扶手杠调节范围/cm：0~31 3. 扶手杠侧向额定承载：不低于 750N 4. 阶梯踏板额定承载：不低于 2000N 5. 特点和功能：用于上下楼梯功能的训练。 6. 材质要求：优质	6810	6810
15	栎城卫生院	平行杠训练	个	1	1. 扶手杆高度可调 2. 两扶手杆之间宽度调节范围/cm 34-64cm 3. 额定承载：不低于 135Kg 4. 特点和功能：借助上肢帮助进行步态训练，配合矫正板使用可矫正行走中的足外翻、髌外展，增加行走的稳定性。扶手杆的高度和宽度	1963	1963



					可根据需要进行调节。 4. 材质要求：优质		
16	栎城卫生院	液压踏步器	个	1	1. 材质：优质钢材 2. 力值范围：200~1500N 3. 负载：不低于 135kg 4. 扶手宽 50cm，高 95cm	1200	1200
17	栎城卫生院	制艾机	台	1	功率：550w、电压 220v、卷条长度 20cm，直径 0.6-3cm，	3800	3800
18	栎城卫生院	手腕血压计	个	8	显示方式：LCD 数字式显示 测量方式：示波测定法 测量范围：血压 0KPa~34.7KPa(0mmHg~260mmHg) 脉搏：（40-200）次/分钟 精准度：静态压力：0.4KPa(+3mmHg) 脉搏数：读值的±5%以内的公称率 0.1KPa（1mmHg）	150	1200
19	栎城卫生院	听诊器	个	8	耳塞、耳环、弹簧片、短胶管、三通、长胶管、扁形听诊头、表式听诊头。	27.5	220
20	栎城卫生院	姿势矫正镜	个	1	产品规格：镜面玻璃厚度不低于 0.5cm。 说明：各种姿势矫正训练 说明：肌力训练，关节牵引。	2100	2100
21	栎城卫生院	空气净化消毒机	台	1	使用体积（m ³ ）：≤100 噪声：≤55bd 定时误差（秒/小时）：≤2 等离子发生器寿命：大于等于 25000h	6850	6850
22	栎城卫生院	人体骨骼肌肉神经模型（标准型）	台	1	关节韧带、数字肌肉名称标识，画肌肉起止点，带椎间盘，脊椎神经，脊椎前后弯曲，模型上肢和下肢关节可以活动，脊椎骨可以弯曲	750	750



小 计							150078.00
23	河坞乡卫生院	颈椎腰椎牵引床	台	1	1、电源电压：220V±22V 50HZ±1Hz； 2、额定输入功率：200VA； 3、牵引总时间：0-99min 任意设定； 4、持续牵引时间：0-9min 任意设定； 5、间歇牵引时间：0-9min 任意设定； 6、成角动作范围：-10° ~+30° 连续可调 7、旋转动作范围：±25° 连续可调； 8、腰部热疗温度：0-50℃可调，高于 50℃二路保护启动，自动停止加热； 9、牵引参数：0~990N 任意可调；牵引行程：0~200mm； 10、颈腰牵电机运行速度≤10mm/s； 11、三维立体全方位牵引功能； 12、牵引功能，具备上成角牵引、下成角牵引，左、右旋转牵引（侧扳复位）及纵向牵引功能； 13、电脑控制腰椎牵引，具有持续牵引、间歇牵引、反复牵引等八种牵引治疗模式，具备牵引力自动补偿功能； 14、病例档案管理，方便临床及开展研究工作； 15、多种安全设计（最大牵引力 990N，患者应急线控急退开关和急停开关）； 16、操作屏幕液晶屏/数码屏可选。 17、两套操作系统，可选配电脑连接同步操作运行。 颈椎牵引技术参数： 1、颈椎力量显示均为：数码/液晶 2、颈椎牵引力：0~300N； 3、颈椎牵引行程：0~300mm； 4、医务人员均可控制牵引力大小，操作方便； 5、颈椎牵引曲度可以调节。 6、双机、双牵同上工作；	15000	15000



					7、颈、腰椎力量同上显示。		
24	河坞乡卫生院	中医定向药透治疗仪	台	1	1. 外形：便携台式 2. 使用电压：AC220V 3. 屏幕指示：彩色 LCD 显示。 4. 安全类别：II 类 BF 型康复理疗设备。 5. 定时功能：治疗时间 10/20/30/40/50/60 分钟可以任意调节。 6. 部位选择：综合治疗 7. 治疗温度：低温档，中温档，高温档，任意可选 8. 5 组输出：2 路透药输出，1 组电疗输出，1 组激光治疗输出，1 组热疗。 9. 电疗药疗复合输出端口：可以电疗和药疗根据需要切换输出。 10. 光波输出端口：激光治疗鼻炎（选配） 11. 语音导航：治疗按键全称有语音播报	6800	6800
25	河坞乡卫生院	中频治疗仪（台式）	台	2	1、额定输入功率：180VA。 2、额定电源：电压 220V，频率 50Hz。 3、治疗处方：多个固定处方可选。 4、治疗时间已在处方中，治疗时间结束，停止输出。 5、电极片温度范围：37℃～55℃，分 6 档可调，允差±3℃。 6、为了避免知识产权纠纷，生产厂家通过知识产权管理体系认证 7、产品已获得医疗器械注册证。	7050	14100
26	河坞乡卫生院	熏蒸床	台	1	1、电源：AC220V±22V 50Hz±1Hz 2、蒸汽温度：0～99℃可调（60～99℃为煎药温度）；时间：0～99min 可调；单区最大加液量：4.5-7L； 3、三温区温度独立控制调节，同时使用三温区熏蒸时，可根据不同熏蒸部位针对温度耐受不同而设置不同的温度 1）、独立的三个温区恒温控制； 2）、三个温区可独立使用，也可同时使用，任意两个温区可组合使用，可做颈、肩、脊柱、下肢等多部位局部熏蒸； 3）、三区各自具备独立的自动送暖装置，自动吹送中药蒸汽，可均匀	25200	25200



					中药蒸汽温度，确保温度恒定； 4、具有自动漏电保护、自动防干烧、自动报警、自动定时、自动恒温等功能； 5、玻璃钢床体，采用模具一次成型，牢固、耐酸碱腐蚀； 6、独立的操作台，机电分离化设计； 7、采用表面有特殊涂层的不锈钢电加热器，热效高，节能降耗，多重熏蒸方式供选择； 8、食品玻璃钢全身式熏蒸罩； 9、熏蒸配有泡沫垫。 10、臭氧消毒：防止交叉感染。 11、具有二路超温保护装置，提高安全性能。		
27	河坞乡卫生院	净烟督灸床	台	1	1. 产品尺寸：长度$\geq 1850\text{mm}$，宽度$\geq 750\text{mm}$，高度$\geq 630\text{mm}$ 2. 材质：人造革，高密度阻燃海绵，耐高温树脂隔热板，方木等； 3. 温度控制：0-200℃ 4. 时间控制：0-99 分钟 5. 电压：220V 6. 功率：1900W-2.5W(恒温，风速最高，灯光最强时为 25W)	3500	3500
28	河坞乡卫生院	pt 床（含 pt 凳）	张	1	床面高度$\geq 48\text{cm}$. 最大承载能力不低于 135kg 说明：用于 PT 训练患者床上活动	2510	2510
29	河坞乡卫生院	四肢联动训练器	台	1	1、控制面板：LCD 液晶显示窗口 2、面板显示：时间、距离、卡路里、速度、心率等 3、电源输入：外接 220V 位置调节：扶手、座位多位置调节 4、最大负重：不低于 150KG 5、自动阻力调节，马达控制系统 6、把手旋转可切换成胸腔/背部运动与二头肌/三头肌锻炼 7、产品设有安全锁，防止小孩与无大人照看时使用产品，确保人身安全。	10000	10000
30	河坞乡卫生院	电动起立床	张	1	1、控制方式：手柄点动控制 2、床面参考尺寸：长度$\geq 1785\text{mm}$，宽度$\geq 622\text{mm}$ 3、床面参考高度：525mm$\pm$20mm	12100	12100



					4、起立角度：0° ~85° 可调 5、电源：AC220 50/60Hz 6、额定负载不低于 150kg 7、限位开关：内置；过载保护：有 8、绑带可移动，可拆卸 9、配有 4 个医用轮，方便移动。 10、具有第二类医疗器械产品注册证		
31	河坞乡卫生院	平衡杆	对	1	1. 扶手杆高度可调 2. 两扶手杆之间宽度调节范围/cm 34-64cm 3. 额定承载：不低于 135Kg 4. 特点和功能：借助上肢帮助进行步态训练，配合矫正板使用可矫正行走中的足外翻、髌外展，增加行走的稳定性。扶手杆的高度和宽度可根据需要进行调节。 5. 材质要求：优质	1900	1900
32	河坞乡卫生院	训练用阶梯	套	1	1. 相邻台阶的距离大致为/cm: 10、11、12 2. 扶手杠调节范围/cm: 0~31 3. 扶手杠侧向额定承载：不低于 750N 4. 阶梯踏板额定承载：不低于 2000N 5. 特点和功能：用于上下楼梯功能的训练。 6. 材质要求：优质	6500	6500
33	河坞乡卫生院	辅助步行训练器	台	1	1. 台面垫高度调节距离：45cm±5cm 2. 手柄间距调节范围/cm: 0~55 3. 台面垫额定承载：不低于 80kg 4. 特点和功能：增加上肢支撑的面积，提高辅助步行的效果。是神经、骨关节系统疾病功能损坏者室内外的辅助代步用具。 5. 材质要求：优质	1900	1900
34	河坞乡卫生院	姿势矫正镜	个	1	产品规格：镜面玻璃厚度不低于 0.5cm。 说明：各种姿势矫正训练 说明：肌力训练，关节牵引。	2100	2100



35	河坞乡卫生院	步行训练斜板	个	1	1. 斜板的倾斜度（与水平夹角）： $15^{\circ} \pm 3^{\circ}$ 2. 阶梯相邻台阶距离： $8.5\text{cm} \pm 1\text{cm}$ 3. 踏板额定承载：不低于 2000N 4. 特点和功能：实用的简易步行训练装置 5. 材质：木质底板表层为塑胶凹凸颗粒防滑垫	260	260
36	河坞乡卫生院	煎药机	台	1	1、额定电压：AC220V。 2、数字化总线控制，液晶数字化显示。 3、煎药包装一体化，玻璃缸锅体，煎药效果一目了然，美观大方，经济实用。 4. 单锅煎药容积不低于 20000 毫升，可煎煮 3-15 付中药。 5、文火、武火自动转换，可实现先煎后下，具有防干烧功能。 6、带有手工挤压杆，可充分提取药包中的残液。 7、煎药机控制主板可通过温度和时间两种不同的控制方式控制，满足不同客户需求。 8、包装袋自 50ml-250ml 可任意设置，包装数量设计为 0--250 袋循环，计量精确。 9、箱体和电控盒等主体部件采用 304 医用不锈钢。 10、漏电保护装置功能。	12000	12000
37	河坞乡卫生院	中药粉碎机	台	1	功率：2500W 处理量：不低于 2000g/H 细度：50-300 目	1260	1260
38	河坞乡卫生院	葫芦灸	个	5	规格 18cm-20cm/9cm-13cm	195	975
39	河坞乡卫生院	按摩床（带洞）	张	5	1. 按摩床腿：不锈钢材质，坚实耐用。 2. 床面皮革：高档人造皮革，医用康复蓝色。 3. 床面海绵：不低于 5 公分环保高硬度海绵，根据人体工程学设计，宽度硬度厚度适宜。 4. 床体最大承重：不低于 200 公斤。 5. 其他要求：方便拆装	1000	5000



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



40	河坞乡卫生院	制艾机	台	1	功率：550w、电压 220v、卷条长度 20cm，直径 0.6-3cm，	3800	3800
41	河坞乡卫生院	火罐（20 罐/套）	套	5	规格型号；1-5 号	40	200
42	河坞乡卫生院	空气净化消毒机	台	1	使用体积（ m³ ）：≤100 噪声： ≤55bd 定时误差（秒/小时）： ≤2 等离子发生器寿命：大于等于 25000h	6850	6850
43	河坞乡卫生院	正骨凳和椅子	套	1	材质要求：医用皮革，高密度海绵、不易塌陷，加厚材质，喷塑工艺 抗腐蚀和抗氧化性较好。	2800	2800
小 计							134755.00
合 计							284833.00

