

项目	球管招标要求
1.	提供投标型号球管的原版技术白皮书（DATA SHEET），且以下应标参数均以此技术白皮书为准
2.	靶材料：钨-铼聚焦轨道，由石墨作为衬底的钼合金基片(IEC 60601-2-28)
3.	焦点数量：≥3 个
4.	焦点尺寸（IEC 336/1993）：0.3, 0.6, 1.0
5.	阳极标称输入功率 112.9KW(大焦点) 55.8KW(中焦点) 20.0KW(小焦点)
6.	最大阳极热容量≥2740kJ(3.7MHU)
7.	球管最大耐受电压≥138KV
8.	相对于参考轴的靶角度 11 度 25 分
9.	阳极旋转（阳极驱动频率）130Hz +0Hz/-10Hz（7800rpm+0rpm/-600rpm）
10.	标称管电压≥125kV
11.	防震铝材管套，内衬铅以减小辐射泄漏，装备压力和温度安全开关
12.	投标人需提供球管中华人民共和国医疗器械注册证书
13.	球管安装校验由原厂或原厂授权工程师完成（提供至少 2 份当年在职工程师认证复印件）
14.	球管安装校验需按原厂标准完成
15.	投标人须是 GE 原厂或具有 GE 原厂授权
16.	投标人在省内设有长期稳定的服务机构
17.	经营范围必须包含医疗设备维修服务项目
18.	营业执照年检有效

19.	提供球管的进口报关单
20.	投标人需提供医疗器械维修 ISO9001 及 ISO13485 认证证书
21.	提供原厂的 InSite™ 数字化远程故障筛排系统