

## 设备名称：电子胃肠镜

序号	主要技术参数要求	备注
1	基本要求：所投内镜与科室现有成人消化内镜主机匹配	★
1.1	高清电子胃镜 1 条	
1.2	视野 $\geq 140$ 度	
1.3	具备双焦距功能。常规焦距景深：7-100mm；近焦模式景深： 3-7mm	★
1.4	先端部外径 $\leq 10.3$ mm	
1.5	插入部外径 $\leq 10.0$ mm	
1.6	器械钳道内径 $\geq 2.8$ mm	
1.7	具备副送水功能	
1.8	全防水设计，镜子洗消不用安装防水帽	★
1.9	一键式插拔，不用连接内镜电缆线	
1.10	手柄与镜身部位为链条传动	
1.11	具备副送水功能	
2	超细电子胃镜 1 条	
2.1	视野角：常规观察 $\geq 140^\circ$	
2.2	景深： $\leq 3-100$ mm	
2.3	先端部外径 $\leq 5.5$ mm	★
2.4	插入部外径 $\leq 5.9$ mm	

2.5	器械钳道内径 $\geq 2.0\text{mm}$	
2.6	具备光学放大功能	
2.7	全防水设计，镜子洗消不用安装防水帽	★
2.8	一键式插拔，不用连接内镜电缆线	
3	售后服务及其他	
3.1	维修响应时间不超过 1 小时，如需维修保证 6 小时内到现场，要求工程师须经有本品牌总部培训合格，持证服务。	
3.2	质保期：2 年。设备维修期间无偿向医院提供备配件镜子。	
3.3	成交方提供现场技术培训，保证使用人员能够正确操作、使用设备的各种功能。成交方负责设备的运输、安装、调试，保证设备能够满足临床手术使用需求。	