

单一来源采购专家论证意见表

采购单位	新蔡县人民医院
项目名称	新蔡县人民医院经食道超声探头采购项目
项目金额	55.00 万元
专家信息	姓 名: 郭明
	工作单位: 河南省职工医院
	职 称: 副高
	联系电话: 13803865767
专家论证意见	经食道超声探头, 工作频率 7-12MHz, 侧向分辨率 $\leq 2\text{mm}$, 轴向分辨率 $\leq 2\text{mm}$, 由于受探头结构和探头接口限制, 每家探头都不相同, 因此只能使用与探头匹配的超声探头, 所以可采用单一来源采购, 保证正常使用。 2021 年 11 月 9 日

