

单一来源采购专家论证意见表

采购单位	新蔡县人民医院
项目名称	新蔡县人民医院经食道超声探头采购项目
项目金额	55.00 万元
专家信息	姓 名: 江生
	工作单位: 河南新乡学院
	职 称: 江
	联系电话: 13653710772
专家论证意见	经食道超声探头由于受驱动软件和操作头接口的限制, 每一台超声主机只能匹配此款厂家的超声探头, 即飞利浦超声主机只能匹配飞利浦的超声探头, 为不影响医院正常使用, 故采用单一来源采购的方式。 2021年 11月 9 日

